- **Spécialisés dans l'assistance respiratoire depuis 1996**, notre équipe technique est composée de professionnels qui mettent en œuvre chaque jour les moyens les plus modernes pour sécuriser et aider les patients à leur domicile.

- Notre équipe allie **maîtrise et expérience technique** sur le matériel que nous installons et entretenons régulièrement.

- **L'écoute, le respect d'autrui, et l'instinct de service** sont les valeurs que nos techniciens témoignent à chaque instant aux patients.

Oxygénothérapie

Ventilation

Pression Positive Continue

Perfusion

Aérosolthérapie

Nutrition Entérale

Manuel d'utilisation Ventilation

Home air

12 Avenue de la Fontanisse
ZAC Pôle actif
30660 Gallargues le Montueux

Home air

N°Indigo 0820 20 91 30

Prix d'un appel local

24 heures / 24
7 jours / 7

AFAQ ISO 9001 VERSION 2008

Carnet de suivi thérapeutique de :

Ce carnet de suivi thérapeutique vous est proposé par

Home air

C'est un lien entre le corps médical, Home Air et vous.
Il doit être présenté au médecin à chaque consultation

Coordonnées utiles

Médecin spécialiste : Dr _____
Tél : _____

Médecin généraliste : Dr _____
Tél : _____

Infirmier(e) : M _____
Tél : _____

Kinésithérapeute : M _____
Tél : _____

Suivi Thérapeutique

Date	Nature de la visite				
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			

Suivi Thérapeutique

Date	Nature de la visite	
		Saturations
		Air / **O²** / **Effort** / **Vent**
		Obs O²
		Obs vent
		Saturations
		Air / **O²** / **Effort** / **Vent**
		Obs O²
		Obs vent
		Saturations
		Air / **O²** / **Effort** / **Vent**
		Obs O²
		Obs vent
		Saturations
		Air / **O²** / **Effort** / **Vent**
		Obs O²
		Obs vent
		Saturations
		Air / **O²** / **Effort** / **Vent**
		Obs O²
		Obs vent
		Saturations
		Air / **O²** / **Effort** / **Vent**
		Obs O²
		Obs vent

Gaz du sang / Spirométrie

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Gaz du sang / Spirométrie

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Date	pH	PO2	PCO2	SaO2	CV	CPT	VEMs

Suivi Thérapeutique

Date	**Nature de la visite**				
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			

Suivi Thérapeutique

Date	Nature de la visite				
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			

Prescription initiale : le : _____

- Oxygénothérapie :

Type : □ Concentrateur □ Bouteille □ Oxygène liquide

Humidificateur : □ oui □ non

Date	Débit au repos (l/mn)	Débit à l'effort	Nbre d'heures

- Ventilation assistée :

Date	Mode	Ai	Pep	F min	Ti min	Ti max	Pente	Vt

Suivi Thérapeutique

Date	Nature de la visite				
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			

Suivi Thérapeutique

Date	Nature de la visite				
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			

Les informations contenues dans ce manuel, vous permettront de faire fonctionner votre matériel en toute sécurité, et vous garantiront une utilisation optimale. Si vous vous posez des questions au sujet de votre matériel, ou de son utilisation, n'hésitez pas à nous contacter :

12 Avenue de la Fontanisse
ZAC Pôle actif
30660 Gallargues le Montueux

Une équipe joignable 24H/24 et 7 Jours/7 en cas d'urgence.

Les personnes n'ayant pas assisté à la mise en place de l'appareil, ou n'ayant pas lu ce manuel, ne doivent pas être autorisées à le manipuler ou à l'utiliser.

Votre médecin vous a prescrit une ventilation afin de vous aider à mieux respirer

La connaissance de votre traitement et son suivi ainsi que le fonctionnement et l'entretien du matériel mis à votre disposition vous permettront d'optimiser votre prise en charge.

Notre équipe technique est là pour vous aider.

Traitement

Un générateur de pression apporte de l'air filtré au niveau des voies respiratoires. Cet afflux d'air va augmenter le volume d'air que vos poumons peuvent mobiliser à chaque inspiration. De cette manière, les échanges gazeux qui se produisent au niveau des alvéoles pulmonaires seront améliorés.

Présentation de l'appareillage

L'appareillage est composé de :

- Un générateur d'air
- Un tuyau
- Un masque nasal ou facial

En cas de sécheresses des voies aériennes supérieures, il est possible d'utiliser un humidificateur chauffant que l'on peut la plupart du temps intégrer dans l'appareil.

Suivi Thérapeutique

Date	Nature de la visite				
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			
		Saturations			
		Air	**O²**	**Effort**	**Vent**
		Obs O²			
		Obs vent			

Problèmes	Solutions
L'écran de l'appareil ne s'allume pas et aucune pression n'est délivrée par l'appareil.	• Vérifier que le câble d'alimentation est bien branché. • Vérifier qu'il y ait du courant au niveau de la prise en branchant une lampe.
L'appareil débite une pression faible ou pas de pression du tout.	• Vérifier que la rampe n'est pas activée. • Vérifier l'état du filtre.
L'appareil n'arrive pas à maintenir la pression réglée.	• Vérifier qu'il n'y ait pas trop de fuite, en contrôlant le bon raccordement de toutes les pièces entre elles y compris le masque.
Présence de fuites au niveau du masque.	• Régler la position et le serrage du masque. • Vérifier le montage du masque et l'état de la bulle. • Vérifier la fuite d'air intentionnelle
L'appareil génère un bruit d'eau.	• Faire redescendre l'eau piégée dans le tuyau vers la chambre d'humidification. • Diminuer le niveau de chauffe de l'humidificateur.

Si les problèmes persistent contactez nous.

Guide d'utilisation

- Brancher le cordon d'alimentation.
- Mettre en place votre masque.
- Appuyer sur le bouton « **Marche** ».
- Ajuster le masque en cas de fuites en le replaçant sur votre visage ou en retendant le harnais si nécessaire.

La première fois, que vous allez utiliser votre appareil, votre expiration sera légèrement plus difficile. Il vous faudra alors légèrement forcer sur vos muscles.

Inspirez et expirez calmement sans contrarier votre rythme respiratoire. Vous vous habituerez rapidement à cette nouvelle sensation.

Consignes de sécurité

- Placer votre machine dans une zone propre et sèche et dans une position très stable afin d'éviter toute chute durant la nuit.
- Eviter la proximité d'un appareil de chauffage ou d'une source d'air froid.
- Ne pas utiliser un tuyau ou un masque différent de celui délivré par Home Air.
- Ne jamais obturer l'orifice calibré (ou ouïes d'aérations) sur la partie rigide du masque, car celui-ci permet l'échappement de l'air que vous expirez (gaz carbonique).

Consignes en cas de problèmes

Appelez Home Air si vous ressentez l'un des symptômes suivant :

- Sécheresse du nez ou de la bouche.
- Fuite buccale pendant votre sommeil.
- Irritation de la peau suite à une réaction aux matériaux composant le masque ou par suite d'un réglage trop serré du harnais.
- Si l'utilisation du ventilateur est impossible pendant plusieurs jours.

Consultez impérativement votre médecin :

- Si vous avez une obstruction ou infection des voies nasales supérieures, du canal de l'oreille ou des sinus.
- Si les symptômes réapparaissent pendant le traitement (maux de tête, somnolence diurne…)

Des désagréments peuvent apparaître lors du traitement :

- Une gêne au niveau des sinus ou dans le canal de l'oreille
- Une légère sensation de ballonnement

Ces désagréments ne sont à signaler à votre médecin que s'ils sont très importants et gênent de façon prolongée.

Entretien

	1 fois / sem	Après chaque utilisation
Le masque		
Le Harnais	Laver à la main, ou en machine en cycle délicat (30°).	
La lèvre	Tremper dans de l'eau savonneuse, rincer et sécher.	
Le circuit		
	Faire tremper dans de l'eau savonneuse, rincer et le suspendre dans un endroit propre et sec.	
La chambre d'humidification		
	Faire tremper la chambre dans 1 volume de vinaigre blanc et 9 volumes d'eau, puis rincer.	Vider et renouveler avec de l'eau de source.
Générateur d'air		
	Nettoyer avec une lingette humide pour enlever la poussière.	

Nous préconisons l'eau savonneuse :

Notre équipe technique se charge de changer les filtres à chaque passage.

Le nettoyage de vos accessoires peut éviter certaines irritations de la peau.